IT - Dispenser D2 — ISTRUZIONI D'USO

Spingere verso l'alto la levetta (fig. 1.1/1) sul retro del Dispenser D2 e tirare completamente indietro la cremagliera (fig. 1.1/2). Sollevare il blocco di plastica (fig. 1.2/1) e inserire la cartuccia (fig. 1.2/2). Rimuovere il tappo della cartuccia (Fig. 1.3) ruotandolo di 90° in senso antiorario e gettarlo via. Inserire il puntale di miscelazione (fig. 1.4/1). Assicurarsi che gli incavi del puntale di miscelazione e della cartuccia coincidano. Bloccare il puntale di miscelazione ruotandolo in senso orario di 90° (fig. 1.4/2).
Il materiale viene estruso attraverso il puntale di miscelazione premendo la leva del Dispenser D2 (fig. 1.5) e può essere applicato direttamente.
Rimozione della cartuccia:
Spingere la levetta (fig. 2.1/1) verso l'alto e tirare completamente indietro la cremagliera (fig. 2.1/2). Spingere il blocco di plastica (fig. 2.2/1) verso l'alto e rimuovere la cartuccia (fig. 2.2/2).
Conservare la cartuccia con il puntale di miscelazione inserito che serve come tappo.

Istruzioni per la preparazione secondo EN ISO 17664:2017

USO PREVISTO
Questo dispositivo manuale non sterile è destinato all'erogazione intraorale e/o extraorale (per es. su portaimpronte) di materiali dentali bicomponenti (per es. materiali da impronta elastomerici, cementi dentali) da una cartuccia. Questo è un prodotto riutilizzabile.

INDICAZIONI PER L'USO
Indicato per l'uso con materiali dentali come materiali da impronta elastomerici e cementi dentali per la cementazione, composti a base di resina per la realizzazione di build-up o materiali bis-acrilici per restauri temporanei.

CONTROINDICAZIONI
Non ci sono controindicazioni note.

INFORMAZIONI GENERALI
Questo dispenser viene fornito non sterile.

RICONDIZIONAMENTO
Disassemblaggio (fig. 3/1-2).

LIMITAZIONI DURANTE IL RIUTILIZZO
- Qualsiasi dispenser che mostra danni visibili o usura deve essere sostituito.
- La fine della vita utile di un dispenser riutilizzabile è solitamente determinata dall'usura e dai danni dovuti all'uso.
- La vita utile del dispenser è superata quando l'ispezione visiva rivela un deterioramento inaccettabile come usura, scolorimento, rumori di rottura, ecc.

PRIMO TRATTAMENTO DOPO L'UTILIZZO
- Per evitare che qualsiasi contaminazione si secchi, si raccomanda che il ritrattamento venga effettuato non più tardi di 2 ore dopo l'uso.
- Mantenere il dispenser umido dopo l'uso, per evitare che la contaminazione si asciughi su di esso.
- Il dispenser contaminato deve essere trasportato nell'area di pulizia in un cartone/contenitore pulito e chiuso che impedisca la diffusione della contaminazione.

PULIZIA MANUALE
- Pulire tutte le superfici della cremagliera per 30 secondi con una salvietta pulita e senza peluzchi inumidita con un detergente contenente alcool isopropilico (per es. CaviWipes 17%). Se necessario, sostituire la salvietta quando è sporca.
- Per rimuovere i residui nelle fessure della cremagliera, spazzolare per 30 secondi con una spazzola a setole morbide o uno spazzolino da denti. Se necessario, prolungare il tempo necessario fino a quando non c'è più sporco visibile.
- Pulire tutte le superfici sulla cremagliera due (2) volte con una salvietta pulita e non soffice inumidita con acqua purificata per rimuovere i residui di detergente. Se necessario, utilizzare ulteriori salviette.
- Inserire una salvietta pulita e senza peluzchi inumidita con un detergente contenente alcool isopropilico (per es. CaviWipes 17%) attraverso le fessure della cremagliera e muovere la salvietta avanti e indietro nelle fessure per 30 secondi per pulire la cremagliera. Se necessario, sostituire la salvietta quando è sporca.
- Per rimuovere i residui negli spazi della cremagliera, spazzolare per 30 secondi con una spazzola a setole morbide o uno spazzolino da denti. Se necessario, prolungare il tempo necessario fino a quando non c'è più sporco visibile.
- Pulire tutte le fessure della cremagliera due (2) volte con una salvietta pulita e senza peluzchi inumidita con acqua purificata per rimuovere i residui di detergente. Se necessario, utilizzare ulteriori salviette e inumidite.
- Pulire tutte le superfici del dispenser per 30 secondi con una salvietta pulita e priva di peluzchi inumidita con un detergente contenente alcool isopropilico (per es. CaviWipes 17 %). Se necessario, sostituire la salvietta quando è sporca.
- Per rimuovere i residui nelle fessure del dispenser, spazzolare per 140 secondi con una spazzola a setole morbide o uno spazzolino da denti. Se necessario, prolungare il tempo necessario fino a quando non c'è più sporco visibile.
- Pulire tutte le superfici del dispenser due (2) volte con una salvietta pulita e senza peluzchi inumidita con acqua purificata per rimuovere i residui di detergente. Se necessario, utilizzare delle salviette aggiuntive.
- Inserire una salvietta pulita e senza peluzchi inumidita con un detergente contenente alcool isopropilico (per es. CaviWipes 17%) attraverso le fessure del dispenser e muovere la salvietta avanti e indietro per 30 secondi per pulire le fessure. Se necessario, sostituire la salvietta quando è sporca.
- Per rimuovere i residui nelle fessure, spazzolare per 30 secondi con una spazzola a setole morbide o uno spazzolino da denti. Se necessario, prolungare il tempo necessario fino a quando non c'è più sporco visibile.
- Pulire tutte le fessure del dispenser due (2) volte con una salvietta pulita e senza peluzchi inumidita con acqua purificata per rimuovere i residui di detergente. Se necessario, utilizzare ulteriori salviette pulite e inumidite.

DISINFEZIONE MANUALE
- Utilizzare una salvietta pulita e priva di peluzchi inumidita con un disinfettante contenente alcool isopropilico (per es. CaviWipes 17%) per mantenere tutte le superfici e gli spazi vuoti della cremagliera e del dispenser visibilmente inumiditi per almeno cinque (5) minuti. Utilizzare altre salviette per assicurarsi che tutte le superfici e gli spazi vuoti rimangano inumiditi durante il tempo di contatto di cinque (5) minuti.
- Utilizzare una salvietta pulita e priva di peluzchi inumidita con acqua distillata equivalente per pulire tutte le superfici e gli spazi vuoti della cremagliera e del dispenser almeno due (2) volte per rimuovere qualsiasi residuo di disinfettante. Se necessario, utilizzare delle salviette aggiuntive.

ASCIUGATURA
Lasciare asciugare la cremagliera ed il dispenser finché non sono visibilmente asciutti.

MANUTENZIONE, ISPEZIONE E VERIFICA
Ispezionare il dispenser e la cremagliera sotto la normale illuminazione:
- Qualsiasi dispenser o cremagliera che mostrano danni visibili o usura devono essere sostituiti.
- Ripetere la pulizia manuale e l'ispezione se il dispenser o la cremagliera non sono visibilmente puliti.

ASSEMBLAGGIO
Rimontare il dispenser e la cremagliera.

STERILIZZAZIONE
I dispenser sono dispositivi medici non sterili. Non è necessario effettuare la sterilizzazione.

GARANZIA
DS Dental Supply GmbH garantisce che questo prodotto è privo di difetti di materiale e di lavorazione. DS Dental Supply GmbH non si assume ulteriori responsabilità, compresa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. L'utente è responsabile dell'applicazione e dell'uso previsto del prodotto. Se durante il periodo di garanzia si verificano dei guasti, il suo , la sua unica rivendicazione e l'unico obbligo di DS Dental Supply GmbH è quello di riparare o sostituire il prodotto DS Dental Supply GmbH.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Nella misura in cui un disclaimer è consentito dalla legge, DS Dental Supply GmbH non è responsabile per qualsiasi perdita o danno causato da questo prodotto, sia diretto, indiretto, speciale, incidentale o conseguenziale, indipendentemente dalla base legale, compresa la garanzia, il contratto, la negligenza o il dolo.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI!
SOLO PER USO DENTALE!

EN - Dispenser D2 — INSTRUCTION FOR USE

Push the small lever (fig. 1.1/1) in the back of the dispensing Dispenser D2 and retract the slide (fig. 1.1/2) completely. Lift the lever (fig. 1.2/1) on the top of the Dispenser D2 and insert the cartridge (fig. 1.2/2). Remove the cartridge cap (fig. 1.3) by turning it 90° counter clockwise. Attach a mixing cannula (fig. 1.4/1). Make sure that the guidance of the cartridge is aligned with that of the mixing cannula and turn the cannula 90° clockwise until it locks in position (fig. 1.4/2). The material is dispensed through the mixing cannula by pulling the trigger (fig. 1.5) of the application Dispenser D2 and can be applied directly.
Removal of the cartridge:
Push up lever (fig. 2.1/1) and retract the slide (fig. 2.1/2). Lift lever (fig. 2.2/1) on the top of the Dispenser D2 and remove the cartridge (fig. 2.2/2).
Store used cartridge with fixed used mixing cannula. It serves as a cap.

Direction for processing according EN ISO 17664:2017

INTENDED PURPOSE
This non-sterile, manual, hand-held device is intended for dispensing two-component dental materials (e.g. elastomeric impression materials, dental cements) from a cartridge directly into the patient's mouth or into another device (e.g. impression tray). This is a reusable device.

INDICATIONS FOR USE
Indicated for use with dental material such as elastomeric impression materials and dental cements for cementing, resin-based composite materials for core build-ups or Bis-acryl materials for temporary restorations.

CONTRAINDICATIONS
There are no known contraindications.

GENERAL INFORMATION
This dispenser is delivered non-sterile.

REPROCESSING
Disassembly (fig. 3/1-2).

LIMITATIONS ON PROCESSING
- Any dispenser showing visible damage or wear must be exchanged.
- End of life of a reusable dispenser is normally determined by wear and damage due to use.
- Use-life of the dispenser is exceeded if visual inspection shows unacceptable deterioration like wear, discoloration, crackles, et.

INITIAL TREATMENT AT THE POINT OF USE
- To prevent any contamination from drying it is recommended that reprocessing takes place not later than 2 hours after use.
- Keep the dispenser moist after use to prevent soil from drying on them.
- Contaminated dispenser should be transported to the area for cleaning in a clean and closed box/container that avoids spreading of the contamination.

MANUAL CLEANING
- Use a clean, lint-free wipe, dampened with a cleaning agent containing isopropyl alcohol (e.g. CaviWipes 17%) to clean all surfaces of the plunger for 30 seconds. Replace wipe, as necessary, if it becomes soiled.
- In order to remove residue on the plunger, use a soft bristle brush or a toothbrush and brush for 30 seconds. If necessary, increase time until no visible soil is observed.
- Use a clean, lint-free wipe, dampened with purified water to wipe all surfaces of the plunger two (2) times to remove residual detergent agent. Use additional wipes as needed.
- Place a clean, lint-free wipe, dampened with a cleaning agent containing isopropyl alcohol (e.g. Cavi-Wipes 17%) through the gaps of the plunger and move the wipe back and forth for 30 seconds in the gaps to clean the plunger. Replace wipe, as necessary, if it becomes soiled.
- In order to remove residue in the gaps of the plunger, use a soft bristle brush or a toothbrush and brush for 30 seconds. If necessary, increase time until no visible soil is observed.
- Use a clean, lint-free wipe, dampened with purified water to wipe all gaps of the plunger two (2) times to remove residual detergent agent. Use additional clean, dampened wipes as needed.
- Use a clean, lint-free wipe, dampened with a cleaning agent containing isopropyl alcohol (e.g. Cavi-Wipes 17%) to clean all surfaces of the dispenser for 30 seconds. Replace wipe, as necessary, if it becomes soiled.
- In order to remove residue in the grooves of the dispenser, use a soft bristle brush or a toothbrush and brush for 140 seconds. If necessary, increase time until no visible soil is observed.
- Use a clean, lint-free wipe, dampened with purified water to wipe all surfaces of the dispenser two (2) times to remove residual detergent agent. Use additional wipes as needed.
- Place a clean, lint-free wipe, dampened with a cleaning agent containing isopropyl alcohol (e.g. Cavi-Wipes 17%) through the gaps of the dispenser and move the wipe back and forth for 30 seconds to clean the gaps. Replace wipe, as necessary, if it becomes soiled.
- In order to remove residue in the gaps, use a soft bristle brush or a toothbrush and brush for 30 seconds. If necessary, increase time until no visible soil is observed.
- Use a clean, lint-free wipe, dampened with purified water to wipe all gaps of the dispenser two (2) times to remove residual detergent agent. Use additional clean, dampened wipes as needed.

MANUAL DISINFECTION
- Use a clean, lint-free wipe, dampened with a disinfectant containing isopropyl alcohol (e.g. CaviWipes 17%) to allow all surfaces and gaps of the plunger and dispenser to remain visibly wet for a minimum of five (5) minutes. Use additional wipes to ensure all surfaces and gaps remain wet for the five (5) minute contact time.
- Use a clean, lint-free wipe, dampened with purified water to wipe all surfaces and gaps of the plunger and dispenser for at least two (2) times to remove residual disinfectant. Use additional wipes as needed.

DRYING
Allow the plunger and dispenser to dry until visibly dry.

MAINTENANCE, INSPECTION AND TESTING
Inspect the dispenser and plunger under normal lighting:
- Any dispenser or plunger showing visible damage or wear must be exchanged.
- Repeat manual cleaning and inspection if the dispenser or plunger are not visibly clean.

PACKAGING
Reassemble the dispenser and plunger.

STERILIZATION
Dispenser are non-sterile medical device. Sterilization is not necessary.

WARRANTY
DS Dental Supply GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. DS Dental Supply GmbH makes no other warranties including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and DS Dental Supply GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the DS Dental Supply GmbH product.

LIMITATION OF LIABILITY
Except where prohibited by law, DS Dental Supply GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

KEEP AWAY FROM CHILDREN!
FOR DENTAL USE ONLY!

FR - Dispenser D2 — MODE D'EMPLOI

Presser le petit levier (ill. 1.1/1) au dos du Dispenser D2 vers le haut et retirer totalement le curseur (ill. 1.1/2). Glisser le verrou (ill. 1.2/1) en plastique vers le haut et insérer la cartouche (ill. 1.2/2). Retirer l'opercule de la cartouche (ill. 1.3) en faisant une rotation de 90 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'éliminer. Placer une canule de mélange (ill. 1.4/1). Veiller ici à ce que les encoches sur la canule de mélange correspondent à la cartouche. Fixer la canule de mélange par une rotation à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre (ill. 1.4/2). Mélanger le matériau en actionnant le levier (ill. 1.5) du Dispenser D2 dans la canule de mélange et l'appliquer directement.
Retirer la cartouche.
Pousser le levier vers le haut (ill. 2.1/1) et retirer totalement le curseur (ill. 2.1/2). Cliquer le verrou en plastique (ill. 2.2/1) vers le haut et retirer la cartouche (ill. 2.2/2).
La cartouche doit être conservée avec la canule de mélange comme bouchon.

Instruction de preparation conformément à la norme EN ISO 17664:2017

UTILISATION PRÉVUE
Ce dispositif manuel non stérile est conçu pour la distribution intra et/ou extraorale (par ex. porte-empreinte) de matériau dentaire bicomposant (par ex. matériau d'empreinte élastomère et ciment dentaire) issu d'une cartouche. Il s'agit d'un produit réutilisable.

INDICATIONS
Indiqué pour une utilisation avec des matériaux dentaires comme des matériaux d'empreinte élastomères et des ciments dentaires pour le cimentage, les composites à base de résine pour la reconstitution ou les matériaux biacryliques pour les restaurations provisoires.

CONTRE-INDICATIONS
Aucune contre-indication n'est connue.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ce dispositif d'application est fourni non stérile.

RETRAITEMENT
Démontage (ill. 3/1-2).

RESTRICTIONS DANS LA PRÉPARATION
- Chaque distributeur présentant des signes visibles de dommages ou d'usure doit être remplacé.
- La fin de la durée de vie de l'applicateur réutilisable est généralement déterminée par l'usure et les dommages dus à l'utilisation.
- La durée d'utilisation de l'applicateur est dépassée lorsque des dégradations sont visibles au contrôle visuel, par exemple usure, coloration, craquements, etc.

PREMIER TRAITEMENT SUR LE SITE D'UTILISATION
- Pour prévenir le séchage de contaminations, il est recommandé de procéder au retraitement dans les 2 heures maximum suivant l'utilisation.
- Maintenez l'applicateur humide après son utilisation pour qu'aucune souillure ne sèche sur le dispositif.
- L'applicateur contaminé doit être transporté dans la zone de nettoyage dans un carton/récipient propre et fermé qui prévient la diffusion de la contamination.

NETTOYAGE MANUEL
- Nettoyez toutes les surfaces du poussoir pendant 30 secondes à l'aide d'un linge propre, non pelucheux imbibé d'un détergent contenant de l'alcool isopropylique (par ex. CaviWipes 17 %). Remplacez le chiffon si nécessaire lorsqu'il est sale.
- Pour éliminer les résidus sur le poussoir, brossez-le 30 secondes à l'aide d'une brosse douce ou d'une brosse à dents. Prolongez si nécessaire le temps passé jusqu'à ne plus percevoir de souillures visibles.
- Frottez toutes les surfaces du poussoir deux (2) fois à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux légèrement imbibé d'eau pour éliminer les résidus de détergent. Utilisez des lingettes supplémentaires si nécessaire..
- Glissez un chiffon propre non pelucheux imbibé d'un détergent à l'alcool isopropylique (par ex. CaviWipes 17 %) à travers les interstices du poussoir et déplacez le chiffon pendant 30 secondes en réalisant un mouvement de va-et-vient dans les interstices pour nettoyer le poussoir. Remplacez le chiffon si nécessaire lorsqu'il est sale.
- Pour éliminer les résidus dans les interstices du poussoir, brossez-le 30 secondes à l'aide d'une brosse douce ou d'une brosse à dents. Prolongez si nécessaire le temps passé jusqu'à ne plus percevoir de souillures visibles.
- Frottez tous les interstices du poussoir deux (2) fois à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux légèrement imbibé d'eau pour éliminer les résidus de détergent. Utilisez si nécessaires des lingettes humides propres supplémentaires.
- Nettoyez toutes les surfaces de l'applicateur pendant 30 secondes à l'aide d'un linge propre, non pelucheux imbibé d'un détergent contenant de l'alcool isopropylique (par ex. CaviWipes 17 %). Remplacez le chiffon si nécessaire lorsqu'il est sale.
- Pour éliminer les résidus dans les rainures de l'applicateur, brossez-les 140 secondes à l'aide d'une brosse douce ou d'une brosse à dents. Prolongez si nécessaire le temps passé jusqu'à ne plus percevoir de souillures visibles.
- Frottez toutes les surfaces de l'applicateur deux (2) fois à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux légèrement imbibé d'eau pour éliminer les résidus de détergent. Utilisez des lingettes supplémentaires si nécessaire.
- Glissez un chiffon propre non pelucheux imbibé d'un détergent à l'alcool isopropylique (par ex. CaviWipes 17 %) à travers les interstices de l'applicateur et déplacez le chiffon pendant 30 secondes en réalisant un mouvement de va-et-vient dans les interstices pour nettoyer le poussoir. Remplacez le chiffon si nécessaire lorsqu'il est sale.
- Pour éliminer les résidus dans les interstices, brossez-les 30 secondes à l'aide d'une brosse douce ou d'une brosse à dents. Prolongez si nécessaire le temps passé jusqu'à ne plus percevoir de souillures visibles.
- Frottez tous les interstices de l'applicateur deux (2) fois à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux légèrement imbibé d'eau pour éliminer les résidus de détergent. Utilisez si nécessaires des lingettes humides propres supplémentaires.

DÉSINFECTION MANUELLE
- Utilisez un linge propre et non pelucheux imbibé d'un désinfectant à l'alcool isopropylique (par ex. CaviWipes 17%) de sorte que toutes les surfaces et tous les orifices du poussoir et du distributeur restent visiblement humides pendant cinq (5) minutes. Utilisez des lingettes supplémentaires pour veiller à ce que toutes les surfaces et tous les orifices restent humides pendant le délai de contact de cinq (5) minutes.
- Utilisez un linge propre, non pelucheux imbibé d'eau distillée ou équivalent pour frotter toutes les surfaces et tous les orifices du poussoir et du distributeur au moins deux (2) fois de sorte à éliminer les résidus de désinfectant. Utilisez des lingettes supplémentaires si nécessaire.

SÉCHAGE
Laissez sécher l'applicateur et le poussoir, jusqu'à ce qu'ils soient visiblement secs.

MAINTENANCE, INSPECTION ET CONTRÔLE
Inspecter le distributeur et le poussoir sous des conditions normales d'éclairage.
- Chaque distributeur ou poussoir présentant des signes visibles de dommages ou d'usure doit être remplacé.
- Le nettoyage manuel et l'inspection doivent être répétés si le distributeur ou le poussoir n'est visiblement pas propre.

EMBALLAGE
Assemblez à nouveau l'applicateur et le poussoir.

GARANTIE
Les distributeurs sont des dispositifs médicaux non stériles. Une stérilisation n'est pas nécessaire.

GARANTIE
DS Dental Supply GmbH garantit que ce produit est exempt de défauts matériels et de fabrication. DS Dental Supply GmbH décline toute responsabilité supplémentaire et toute garantie implicite liée à la qualité marchande ou à l'adéquation pour un objectif précis. L'utilisateur est responsable de l'application et de l'utilisation adaptée du produit. Si des dommages au produit apparaissent dans le délai de garantie, votre seul et unique recours et la seule obligation de DS Dental Supply GmbH est la réparation ou le remplacement du produit DS Dental Supply GmbH.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Dans la mesure où une responsabilité légale n'est pas engagée, DS Dental Supply GmbH décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage causé par ce produit, qu'il s'agisse de dommages directs ou indirects, spécifiques, concomitants ou consécutifs indépendamment de la base juridique, y compris garantie, contrat, négligence ou intention.

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !
DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE DENTAIRE !

ES - Dispenser D2 — MODO DE USO

Presionar hacia arriba la pequeña palanca (fig. 1.1/1) en el dorso del Dispenser D2 y sacar completamente el tirador (fig. 1.1/2). Levantar el pasador de plástico (fig. 1.2/1) e insertar el cartucho (fig. 1.2/2). Quitar el cierre del cartucho (fig. 1.3) girándolo 90° en sentido antihorario y desecharlo. Poner una cánula de mezcla (fig. 1.4/1). Procurar que queden alineadas las muescas de la cánula de mezcla y el cartucho. Fijar la cánula de mezcla girándola 90° en sentido horario (fig. 1.4/2).
Introducir el material en la cánula de mezcla apretando el gatillo (fig. 1.5) del Dispenser D2 y aplicar directamente.
Cómo retirar el cartucho:
Presionar hacia arriba la palanca (fig. 2.1/1) y sacar completamente el tirador (fig. 2.1/2). Levantar el pasador de plástico (fig. 2.2/1) y retirar el cartucho (fig. 2.2/2).
Almacenar el cartucho con la cánula de mezcla utilizada como cierre.

Instrucciones de procesamiento según EN ISO 17664:2017

USO PREVISTO
Este aparato manual no esterilizado ha sido diseñado para la dispensación intraoral o extraoral (por ej., con cubeta de impresión) de materiales dentales de dos componentes (por ej., materiales de impresión elastoméricos, cementos dentales) desde un cartucho. Se trata de un producto reutilizable.

INDICACIONES
Está indicado para el uso con materiales dentales como materiales de impresión elastoméricos y cementos dentales para cementación, composites basados en resina para la reconstrucción de muñones o materiales bisacrílicos para restauraciones provisionales.

CONTRAINDICACIONES
No se conocen contraindicaciones.

INFORMACIÓN GENERAL
Este dispensador se entrega sin esterilizar.

REPROCESAMIENTO
Desmontaje (fig. 3/1-2).

LIMITACIONES DE PROCESAMIENTO
- Se debe sustituir cualquier dispensador que presente desgaste o daños visibles.
- El fin de la vida útil de un dispensador reutilizable llega normalmente por desgaste y daños relacionados con su uso.
- La vida útil del dispensador se ha superado si, con una comprobación visual, se detecta un deterioro inaceptable, como desgaste, decoloración, chasquidos, etc.

TRATAMIENTO INICIAL EN EL LUGAR DE USO
- Para evitar que se sequen posibles contaminaciones, se recomienda realizar el reprocesamiento un máximo de 2 horas tras el uso.
- Mantenga húmedo el dispensador tras su uso para que la suciedad no se seque.
- Un dispensador contaminado se debe transportar hasta la zona de limpieza en una caja o un recipiente limpio y cerrado que impida que se propague la contaminación.

LIMPIEZA MANUAL
- Limpie todas las superficies del émbolo durante 30 segundos con un paño limpio que no deje pelusas humedecido con un producto de limpieza que contenga alcohol isopropílico (por ej., CaviWipes 17%). Cambie el paño cuando esté sucio.
- Para eliminar residuos del émbolo, frote durante 30 segundos con un cepillo con cerdas suaves o con un cepillo de dientes. Si es necesario, prolongue el tiempo de limpieza hasta que no quede suciedad visible.
- Limpie todas las superficies del émbolo dos (2) veces con un paño limpio que no deje pelusas humedecido con agua purificada para eliminar los residuos del producto de limpieza. Utilice más paños si es necesario.
- Pase un paño limpio que no deje pelusas humedecido con un producto de limpieza que contenga alcohol isopropílico (por ej., CaviWipes 17%) por los huecos del émbolo y mueva el paño de un lado a otro durante 30 segundos para limpiar el émbolo. Cambie el paño cuando esté sucio.
- Para eliminar residuos en los huecos del émbolo, frote durante 30 segundos con un cepillo con cerdas suaves o con un cepillo de dientes. Si es necesario, prolongue el tiempo de limpieza hasta que no quede suciedad visible.
- Frote todos los huecos del émbolo dos (2) veces con un paño limpio que no deje pelusas humedecido con agua purificada para eliminar los residuos del producto de limpieza. Utilice más paños si es necesario.
- Limpie todas las superficies del dispensador durante 30 segundos con un paño limpio que no deje pelusas humedecido con un producto de limpieza que contenga alcohol isopropílico (por ej., CaviWipes 17%). Cambie el paño cuando esté sucio.
- Para eliminar residuos en las ranuras del dispensador, frote durante 140 segundos con un cepillo con cerdas suaves o con un cepillo de dientes. Si es necesario, prolongue el tiempo de limpieza hasta que no quede suciedad visible.
- Limpie todas las superficies del dispensador dos (2) veces con un paño limpio que no deje pelusas humedecido con agua purificada para eliminar los residuos del producto de limpieza. Utilice más paños limpios humedecidos si es necesario.
- Limpie todas las superficies del dispensador durante 30 segundos con un paño limpio que no deje pelusas humedecido con un producto de limpieza que contenga alcohol isopropílico (por ej., CaviWipes 17%). Cambie el paño cuando esté sucio.
- Para eliminar residuos en las ranuras del dispensador, frote durante 30 segundos con un cepillo con cerdas suaves o con un cepillo de dientes. Si es necesario, prolongue el tiempo de limpieza hasta que no quede suciedad visible.
- Limpie todas las superficies del dispensador dos (2) veces con un paño limpio que no deje pelusas humedecido con agua purificada para eliminar los residuos del producto de limpieza. Utilice más paños limpios humedecidos si es necesario.

DESINFECCIÓN MANUAL
- Utilice un paño limpio sin pelusas humedecido con un desinfectante con alcohol isopropílico (por ej., CaviWipes 17%) de forma que todas las superficies y todos los huecos del émbolo y del dispensador permanezcan visiblemente húmedos durante al menos cinco (5) minutos. Utilice más paños para asegurarse de que todas las superficies y todos los huecos permanezcan húmedos durante el tiempo de contacto de cinco (5) minutos.
- Utilice un paño limpio sin pelusas humedecido con agua purificada para limpiar todas las superficies y todos los huecos del émbolo y del dispensador al menos (2) veces y eliminar los residuos del desinfectante. Utilice más paños si es necesario.

SECADO
Deje secar el émbolo y el dispensador hasta que estén visiblemente secos.

MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN
Inspeccionar el dispensador y el émbolo con iluminación normal:
- Se debe sustituir cualquier dispensador o émbolo que presente desgaste o daños visibles.
- La limpieza manual y la inspección se deben repetir si el dispensador o el émbolo no están visiblemente limpios.

EMBALAJE
Vuelva a montar el dispensador y el émbolo.

ESTERILIZACIÓN
Los dispensadores son productos médicos no esterilizados. No es necesaria una esterilización.

GARANTÍA
DS Dental Supply GmbH garantiza que este producto está libre de fallos de material y fabricación. DS Dental Supply GmbH no asume ninguna otra responsabilidad, ni siquiera la garantía implícita relativa a la facilidad de venta o idoneidad para un fin determinado. El usuario es responsable del empleo y el uso conforme a lo prescrito del producto. Si, dentro del periodo de garantía, se producen daños en el producto, su único derecho y la única obligación de DS Dental Supply GmbH es la reparación o sustitución del producto de DS Dental Supply GmbH.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Siempre que sea lícita legalmente una exención de responsabilidad, DS Dental Supply GmbH no asume ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños por este producto, sin importar si se trata de daños directos, indirectos, especiales, accesorios o consecuenciales, independientemente de la base legal, incluida la garantía, contrato, negligencia o intención.

¡MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!
¡SÓLO PARA USO ODONTOLÓGICO!

DE - Dispenser D2 — GEBRAUCHSANWEISUNG

Den schmalen Hebel (Abb. 1.1/1) auf der Rückseite vom Dispenser D2 nach oben drücken und den Schieber (Abb. 1.1/2) komplett zurückziehen. Den Kunststoffriegel (Abb. 1.2/1) nach oben klappen, und die Kartusche einsetzen (Abb. 1.2/2). Den Verschluss der Kartusche (Abb. 1.3) durch Drehen um 90° gegen den Uhrzeigersinn abziehen und wegwerfen. Eine Mischkanüle aufsetzen (Abb. 1.4/1). Dabei darauf achten, dass die Aussparungen an der Mischkanüle und der Kartusche übereinstimmen. Die Mischkanüle durch Drehen um 90°im Uhrzeigersinn arretieren (Abb. 1.4/2).
Das Material durch Betätigen des Hebels (Abb. 1.5) am Dispenser D2 in der Mischkanüle mischen und direkt applizieren.
Kartusche entnehmen:
Den Hebel (Abb. 2.1/1) nach oben drücken und den Schieber (Abb. 2.1/2) vollständig zurück ziehen. Den Kunststoffriegel (Fig. 2.2/1) nach oben klappen und die Kartusche entnehmen (Abb. 2.2/2).
Die Kartusche mit der gebrauchten Mischkanüle als Verschluss lagern.

Aufbereitungsanweisung gemäß EN ISO 17664:2017

VERWENDUNGSZWECK
Dieses unsterile, manuelle Handgerät ist zur intra-und/oder extraoralen (z.B. auf Abformlöffel) Abgabe von Zweikomponenten-Dentalmaterialien (z. B. elastomeren Abformmaterialien, Dentalzementen) aus einer Kartusche bestimmt. Dies ist ein wiederverwendbares Produkt.

INDIKATIONEN
Indiziert für die Verwendung mit Dentalmaterialien wie elastomeren Abformmaterialien und Dentalzementen für Zementierungen, harzbasierten Compositen für Stumpfaufbau oder Bis-Acryl Materialien für provisorische Restaurationen.

KONTRAINDIKATIONEN
Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Dieses Ausgerät wird unsteril geliefert.

WIEDERAUFBEREITUNG
Demontage (Abb. 3/1-2).

EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER AUFBEREITUNG
- Jedes Abstreifgerät, das sichtbare Schäden oder Abnutzung aufweist, muss ausgetauscht werden.
- Das Ende der Lebensdauer eines wiederverwendbaren Austraggeräts wird in der Regel durch Abnutzung und gebrauchsbedingte Schäden bestimmt.
- Die Nutzungsdauer des Austraggeräts ist überschritten, wenn bei der Sichtprüfung unannehmbare Verschlechterungen wie Abnutzung, Verfärbung, Knackgeräusche usw. festgestellt werden.

ERSTBEHANDLUNG AM EINSATZORT
- Um ein Eintrocknen von Kontaminationen zu verhindern, wird empfohlen, dass die Wiederaufbereitung spätestens 2 Stunden nach Gebrauch durchgeführt wird.
- Halten Sie das Austraggerät nach Gebrauch feucht, damit keine Verschmutzungen auf ihm antrocknen.
- Das kontaminierte Austraggerät sollte in einem sauberen und geschlossenen Karton/Behälter, der eine Verbreitung der Kontamination verhindert, in den Reinigungsbereich transportiert werden.

MANUELLE REINIGUNG
- Reinigen Sie alle Oberflächen des Stößels 30 Sekunden lang mit einem sauberen, nicht fusselnden Tuch, das mit einem Isopropylalkohol enthaltenden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde (z. B. CaviWipes 17 %). Wechseln Sie das Tuch bei Bedarf, wenn es verschmutzt ist.
- Um Rückstände in den Stößelrillen zu entfernen, bürsten Sie 30 Sekunden lang mit einer Bürste mit weichen Borsten oder einer Zahnbürste. Verlängern Sie bei Bedarf die dafür nötige Zeit, bis keine sichtbare Verschmutzung mehr vorliegt.
- Wischen Sie alle Oberflächen des Stößels zwei (2) Mal mit einem sauberen, nicht fusselnden, mit gereinigtem Wasser angefeuchteten Tuch ab, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzliche Tücher.
- Führen Sie ein sauberes, nicht fusselndes Tuch, das mit einem Isopropylalkohol enthaltenden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde (z. B. CaviWipes 17 %), durch die Zwischenräume des Stößels ein und bewegen Sie das Tuch 30 Sekunden lang in den Zwischenräumen hin und her, um den Stößel zu reinigen. Wechseln Sie das Tuch bei Bedarf, wenn es verschmutzt ist.
- Um Rückstände in den Zwischenräumen zu entfernen, bürsten Sie 30 Sekunden lang mit einer Bürste mit weichen Borsten oder einer Zahnbürste. Verlängern Sie bei Bedarf die dafür nötige Zeit, bis keine sichtbare Verschmutzung mehr vorliegt.
- Wischen Sie alle Zwischenräume des Austraggeräts zwei (2) Mal mit einem sauberen, nicht fusselnden, mit gereinigtem Wasser angefeuchteten Tuch ab, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzliche Tücher.

MANUELLE DESINFEKTION
- Verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch, das mit einem Desinfektionsmittel mit Isopropylalkohol (z. B. CaviWipes 17%) angefeuchtet ist, damit alle Oberflächen und Lücken des Stößels und Dispensers mindestens fünf (5) Minuten lang sichtbar feucht bleiben. Verwenden Sie zusätzliche Tücher, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen und Lücken während der Kontaktzeit von fünf (5) Minuten feucht bleiben.
- Verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies, mit destilliertgleichem Wasser angefeuchtetes Tuch, um alle Oberflächen und Lücken des Stößels und Dispensers mindestens zwei (2) Mal abzuwischen, um restliches Desinfektionsmittel zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzliche Tücher

TROCKNEN
Lassen Sie den Stößel und das Austraggerät trocknen, bis sie sichtbar trocken sind.

INSTANDHALTUNG, INSPEKTION UND PRÜFUNG
Dispenser und Stößel bei normaler Beleuchtung inspizieren:
- Jeder Dispenser oder Stößel, der sichtbare Schäden oder Abnutzung aufweist, muss ausgetauscht werden.
- Die manuelle Reinigung und Inspektion ist zu wiederholen, wenn Dispenser oder Stößel nicht sichtbar sauber sind.

VERPACKEN
Setzen Sie das Austraggerät und den Stößel wieder zusammen.

STERILISATION
Dispenser sind nicht-sterile Medizinprodukte. Eine Sterilisation ist nicht notwendig.

GARANTIE
DS Dental Supply GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellefehlern ist. DS Dental Supply Gm

• Fer en ren, lofri klut som er fuktet med rengjøringsmiddel som inneholder isopropylalkohol (f. eks. CaviWipes 17 %), gjennom hulrommene til påføringsapparatet og bevg kluten frem og tilbake i hulrommene i 30 sekunder for å rengjøre hulrommene. Bytt kluten ved behov, når den er tilsmusset.
• For å fjerne rester fra hulrommene, barter du 30 sekunder med en bestø med myk kost eller en tannbørste. Forleng denne tiden ved behov, til det ikke finnes synlig smuss.
• Pass alle overflatene til påføringsapparatet og rengjør med en ren, lofri klut som er fuktet med rent vann, slik at rester av rengjøringsmidler fjernes. Bruk flere rene, fuktige kluter ved behov.

MANUELL DESINFEKSJON

• Bruk en ren, lofri klut som er fuktet med et desinfeksjonsmiddel med isopropylalkohol (f. eks. CaviWipes 17%), slik at overflatene og hullene til kolben og dispenseren blir synlig fuktet i minst fem minutter. Bruk ekstra kluter, for å sikre at overflatene og hullene holdr fuktige under kontakttiden på fem minutter.
• Bruk en en, lofri klut som er fuktet med destillatlående vann, slik at overflatene og hullene til kolben og dispenseren tørkes av to ganger for å fjerne rester av desinfeksjonsmiddel. Bruk flere kluter ved behov

TORKE

La kolben og påføringsapparatet tørke, til man ser at de er tørre.

REPARASJON, INSPEKSJON OG KONTROLL

Inspiser dispenseren og kolben med normal belysning:
• Hver dispenser og kolbe som har synlige skader eller slitasje må byttes ut.
• Manuell rengjøring og inspeksjon må gjentas hvis dispenseren eller kolben ikke er synlig rene.

PAKKE INN

Sett sammen påføringsapparatet og kolben igjen.

STERILISERING

Dispensere er ikke-sterile medisinprodukter. En sterilisering er ikke nødvendig.

GARANTI

DS Dental Supply GmbH garanterer at dette produktet er fritt for material- og produksjonsfeil. DS Dental Supply GmbH påtar seg ikke ansvaret for, eller noen garanti for salgbarhet eller at apparatet egner seg for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at produktet brukes riktig. Hvis det oppstår skader på produktet i løpet av garantitiden, er det eneste kravet du har og DS Dental Supply GmbHs eneste forpliktelse å foreta reparasjon eller å sende et nytt DS Dental Supply GmbH-produkt.

ANSVARSBEGRENSNING

Såfremt loven om ansvarsbegrensningen tillater det, har DS Dental Supply GmbH ikke ansvaret for tap eller skader som oppstår ved bruk av dette produktet, enten det gjelder handlinger som er utført direkte, indirekte, spesielle, følgeskader og uavhengig av det rettslige grunnlaget inklusive garanti, kontrakt, forsømmelse eller overlegg.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN!

INNEHOLDER BRUKT INNEN TANNPLEIE!

SV - Dispenser D2

BRUKSANVISNING

Tryck den smala spaken (fig. 1.1/1) på baksidan av doseringsenheten Dispenser D2 uppåt och dra tillbaka sliden (fig. 1.1/2) helt och hållet. Fäll upp plastspärren (fig. 1.2/1) och sätt i patronen (fig. 1.2/2). Dra av patronens förslutning (fig. 1.3) genom att vrida den moturs med 90° och kassera den. Sätt på en blandningskanyl (fig. 1.4/1). Se till att utsparningarna på blandningskanylen och på patronen stämmer överens med varandra. Lås fast blandningskanylen genom att vrida den medurs med 90° (fig. 1.4/2).

Blanda materialet i blandningskanylen genom att aktivera spaken (fig. 1.5) på Dispenser D2 och applicera omedelbart.

Ta bort patronen:

Tryck spaken (fig. 2.1/1) uppåt och dra tillbaka sliden (fig. 2.1/2) helt och hållet. Fäll upp plastspärren (fig. 2.2/1) och ta bort patronen (fig. 2.2/2).

Förvara patronen med den använda blandningskanylen som förslutning.

Rekonditioneringsanvisning enligt EN ISO 17664:2017

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna icke-sterila, manuella, handhållna enhet är avsedd för intra- och/eller extraoralt (t.ex. på en avtryckscked) avgivande av tvåkomponents dentalmaterial (t.ex. elastomermaterial för avtryck, dentalcement) från en patron. Detta är en återanvändningsbar produkt.

INDIKATIONER

Indicerad för användning med dentalmaterial såsom elastomermaterial för avtryck och dentalcement för cementeringar, hartsbaserade kompositmaterial för uppbyggnad av tandstumpar eller bis-akryl-material för provisoriska restaureringar.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända kontraindikationer.

ALLMÄN INFORMATION

Denna doseringsenhet levereras icke-steril.

REKONDITIONERING

Demontering (fig. 3/1-2).

BEGRÄNSNINGAR FÖR REKONDITIONERING

• En doseringsenhet som har synliga skador eller slitage måste bytas ut.
• Slutet på brukslivslängden för en återanvändningsbar doseringsenhet avgörs i regel genom slitage och bruksrelaterade skador.
• Doseringsenhetens brukslivslängd har passerats när oacceptabla försämringar som slitage, missfärgning, sprickor mm. fastställs vid en visuell inspektion.

FÖRSTA OMHÄNDERTAGANDE PÅ ANVÄNDNINGSSTÄLLET

• För att förhindra att en eventuell kontaminering torkar in, rekommenderas att rekonditioneringen genomförs senast 2 timmar efter användning.
• Håll doseringsenheten fuktig efter användning för att förhindra att föroreningar torkar fast på den.
• Den kontaminerade doseringsenheten ska transporteras till rengöringsområdet i en ren och sluten låda/behållare som förhindrar en ogrinding av kontamineringen.

MANUELL RENGÖRING

• Använd en ren, luddfri duk som fuktats med ett rengöringsmedel som innehåller isopropylalkohol (t.ex. CaviWipes 17 %) för att rengöra kolvens alla ytor under 30 sekunder. Byt vid behov ut duken om den är smutsig.
• För att avlägsna återstoder i kolvens mellanrum, använd en borste med mjuka borst eller en tandborste och borsta i 30 sekunder. Borsta vid behov under längre tid, tills ingen synlig förorening finns kvar.
• Torka av alla mellanrum i doseringsenheten två (2) gånger med en ren luddfri duk som fuktats med rent vatten för att avlägsna rester av rengöringsmedel. Använd vid behov ytterligare dukar.
• För in en ren, luddfri duk som fuktats med ett desinfektionsmedel som innehåller isopropylalkohol (t.ex. CaviWipes 17 %), så att alla ytor och mellanrum hos kolven och doseringsenheten förblir synligt fuktiga under minst fem (5) minuter. Använd ytterligare dukar för att säkerställa att alla ytor och mellanrum förblir fuktiga under kontakttiden på fem (5) minuter. Byt vid behov ut duken om den är smutsig.
• Använd en ren luddfri duk som fuktats med rent vatten för att torka av alla ytor och mellanrum hos kolven och doseringsenheten minst två (2) gånger för att avlägsna resterande desinfektionsmedel. Använd vid behov ytterligare dukar.

TORKNING

Låt kolven och doseringsenheten torka tills de är synligt torra.

UNDERHÅLL, INSPEKTION OCH TESTNING

Inspektera doseringsenheten och kolven vid normal belysning:
• Varje doseringsenhet eller kolv som har synliga skador eller slitage måste bytas ut.
• Den manuella rengöringen och inspektionen ska upprepas om doseringsenheten eller kolven inte är visuellt ren.

FÖRPACKNING

Montera samman dispensern och kolven igen.

STERILISERING

Doseringsenheter är icke-sterila medicintekniska produkter. Sterilisering är inte nödvändig.

GARANTI

DS Dental Supply GmbH garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel. DS Dental Supply GmbH övertar inget ytterligare ansvar, inklusive ingen implicit garanti avseende kommersiell lämplighet eller lämplighet för ett specifikt syfte. Användaren ansvarar för användning och avsett bruk av produkten. Om skador på produkten uppstår under garantitiden, har användaren endast rätt till, och DS Dental Supply GmbHs har endast ansvar för, reparation eller ersättning av produkten från DS Dental Supply GmbH.

ANSVARSBEGRÄNSNING

I den mån som en ansvarsbegränsning tillåter det, har DS Dental Supply GmbH inget ansvar för förluster eller skador som härrör från denna produkt, oavsett om det härrör handlar om direkta, indirekta, speciella, associerade skador eller följdskador, oberoende av rättslig grund, inklusive garanti, kontrakt, oaktsamhet eller avsikt.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN!

ENDAST AVSEDD FÖR TANDLÄKARES ANVÄNDNING!

SL - Dispenser D2

NAVODILA ZA UPORABO

Potisnite ozko ročico (slika 1.1/1) na zadnji strani doziranja Dispenser D2 navzgor in potisnite drsnik (slika 1.1/2) nazaj do konca. Preložite plastični zapah (slika 1.2/1) navzgor in vstavite kartušo (slika 1.2/2). Pokrovček kartuše (slika 1.3) odvijte za 90° v nasprotni smeri urnega kazalca, nato ga odstranite in zavrzite. Namestite mešalno šanilo (slika 1.4/1). Pazite, da se vdolbine na mešalni kanili in kartuši ujemajo. Mešalno kanilo zaklenite tako, da jo zavrtite za 90° v smeri urnega kazalca (slika 1.4/2).

Material zmešajte v mešalni kanili z ročico (slika 1.5) na doziniku Dispenser D2 in ga neposredno nanesite.

Odstranitev kartuše:

Potisnite ročico (slika 2.1/1) navzgor in potisnite drsnik (slika 2.1/2) nazaj do konca. Plastični zapah (sl. 2.2/1) preložite navzgor in odstranite kartušo (slika 2.2/2).

Kartušo shranite z uporabljeno mešalno kanilo kot zapiralom.

Navodila za pripravo v skladu z EN ISO 17664:2017

PREDVIDENA UPORABA

Ta nesterilna ročna naprava je namenjena za intraoralno in/ali ekstraoralno (npr. na odtisnih žlicah) doziranje dvokomponentnih zobnih snovi (npr. elastomernih odtisnih materialov, zobnih cementov) iz kartuše. To je izdelek za večkratno uporabo.

INDIKACIJE

Primerno za uporabo z zobnimi materiali, kot so elastomerni odtisni materiali in zobni cementi za cementiranje, kompoziti na osnovi smole za vstavljanje zatičkov ali bis-akrilni materiali za začasne restavracije.

KONTRAINDIKACIJE

Znanih kontraindikacij ni.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Ta doziirnik je dobavljen nesterilno.

PONOVNA UPORABA

Demontaža (slika 3/1-2).

OMEJITVE PRI UPORABI

• Vsak doziirnik, ki kaže vidne poškodbe ali obrabo, je treba zamenjati.
• Konec življenjske dobe doziirnika za večkratno uporabo se običajno določi zaradi obrabe in poškodb, povezanih z uporabo.
• Življenjska doba doziirnika je presežena, če vizualni pregled pokaže nesprejemljivo poslabšanje, kot so obraba, razbarvanje, pokajoči zvoki itd.

PRVA UPORABA NA MESTU UPORABE

• Da preprečite zasušitev kontaminacije, je priporočljivo, da napravo ponovno uporabite najkasneje 2 uri po uporabi.
• Po uporabi naj bo doziirnik vlažen, da se na njem ne posuši umazanija.
• Onesnaženi doziirnik prenesite na območje čiščenja v čisti in zaprti škatli/posodi, ki preprečuje širjenje kontaminacije.

ROČNO ČIŠČENJE

• Vse površine bata čistite 30 sekund s čisto krpo, ki ne pušča vlaken in je navlažena z detergentom, ki vsebuje izopropilni alkohol (npr. CaviWipes 17 %). Če je krpa umazana, jo po potrebi zamenjajte.
• Če želite odstraniti ostanke na batu, ga 30 sekund krtačite z mehko ščetko ali zobno ščetko. Po potrebi podaljšajte čas čiščenja, dokler ne bo več vidne kontaminacije.
• Vse površine bata dvakrat (2) obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken in je navlažena s prečiščeno vodo, da odstranite ostanke detergenta. Po potrebi uporabite dodatne krpe.

• Skozi vmesne posnetine na batu vstavite čisto krpo, ki ne pušča vlaken in je navlažena z detergentom, ki vsebuje izopropilni alkohol (npr. CaviWipes 17 %), in jo za 30 sekund premikajte po vmesnih prostorih okoli bata naprej in nazaj, da očistite bat. Če je krpa umazana, jo po potrebi zamenjajte.
• Če želite odstraniti ostanke v vmesnih prostorih bata, 30 sekund krtačite z mehko ščetko ali zobno ščetko. Po potrebi podaljšajte čas čiščenja, dokler ne bo več vidne kontaminacije.
• Vse površine bata dvakrat (2) obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken in je navlažena s prečiščeno vodo, da odstranite ostanke detergenta. Po potrebi uporabite dodatne krpe.
• V vmesne prostore na distalnem koncu bata vstavite čisto krpo, ki ne pušča vlaken in je navlažena z detergentom, ki vsebuje izopropilni alkohol (npr. CaviWipes 17 %), in za 30 sekund obračajte krpo naprej in nazaj. Če je krpa umazana, jo po potrebi zamenjajte.
• Če želite odstraniti ostanke iz vmesnih prostorov, jih 30 sekund krtačite z mehko ščetko ali zobno ščetko. Po potrebi podaljšajte čas čiščenja, dokler ne bo več vidne kontaminacije.
• Vse vmesne prostore na doziniku dvakrat (2) obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken in je navlažena s prečiščeno vodo, da odstranite ostanke detergenta. Po potrebi uporabite dodatne krpe.

ROČNA DEZINFEKCIJA

• Uporabite čisto krpo, ki ne pušča vlaken in je navlažena z razkužilom, ki vsebuje izopropilni alkohol (npr. CaviWipes 17 %), da vsaj pet (5) minut ostanejo vse površine in vmesni prostori v batu in doziniku vidno vlažne. Z dodatnimi robčki zagotovite, da bodo vse površine in vmesne prostore ostale vlažne v petih (5) minutah stika.
• S čisto krpo, ki ne pušča vlaken in je navlažena z destiliranо vodo, vsaj dvakrat (2) obrišite vse površine in vmesne prostore na batu in doziniku, da odstranite preostalo razkužilo. Po potrebi uporabite dodatne krpe.

SUŠENJE

Pustite, da se bat in doziirnik vidno posušita.

VZDRŽEVANJE, PREGLED IN PREVERJANJE

Pregleite doziirnik in bat pri običajni osvetlitvi:
• Vsak doziirnik ali bat, ki kaže vidne poškodbe ali obrabo, je treba zamenjati.
• Če doziirnik ali bat nista vidno čista, je treba ročno čiščenje in pregled ponoviti.

PAKIRANJE

Ponovno sestavite doziirnik in bat.

STERILIZACIJA

Doziirniki so nesterilni medicinski izdelki. Sterilizacija ni potrebna.

GARANCIJA

Družba Dts Dental Supply GmbH zagotavlja, da na tem izdelku ni materialnih in proizvodnih napak. Družba DS Dental Supply GmbH ne prevzema nobene nadaljnje odgovornosti, niti implicitnega jamstva glede prodajnosti ali primernosti za določen namen. Uporabnik je odgovoren za uporabo in namensko uporabo izdelka. Če je izdelek v garancijskem roku pokvarjen, je vaš edini zahtevek in edina obveznost družbe DS Dental Supply GmbH popravilo ali zamenjava izdelka DS Dental Supply GmbH.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V kolikor je izključitev odgovornosti zakonsko dovoljena, Družba DS Dental Supply GmbH ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči ta izdelek, ne glede na to, ali gre za neposredno, posredno, posebno, naključno ali posledično škodo, ne glede na pravno podlago, vključno z garancijo, pogodbo, malomarnostjo ali namenom.

HRANITE ZUNAJ DOSEGA OTROK!

SAMO ZA ZOBOZDRAVSTVENO UPORABO!

PL - Dispenser D2

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA

Wąską dźwignię (rys. 1.1/1) z tyłu Dispensera D2 przesunąć do góry, a suwak (rys. 1.1/2) całkowicie wycofać. Rygiel z tworzywa sztucznego (rys. 1.2/1) wycignąć do góry, a kartusz założyć do aplikatora (rys. 1.2/2). Zdyzcykę kartusza (rys. 1.3) obrócić o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć. Założyć mieszacz (rys. 1.4/1). Otwory na mieszaczu i na kartuszu muszą być obie odpowiednio dopasowane. Zamocować mieszacz obracając go o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rys. 1.4/2).

Uruchomić dźwignię (rys. 1.5) na Dispenserze D2, tak aby komponenty zmieszały się w mieszaczu, nastepnie można aplikować.

Zdejmowanie kartusza:

Przesunąć dźwignięnie (rys. 2.1/1) do góry i wycignąć suwak (rys. 2.1/2) kompletnie do tyłu. Otworzyć rygiel z tworzywa sztucznego (rys. 2.2/1) do góry i zdjąć kartusz (rys. 2.2/2).

Nie zdejmować z kartusza założonego zużytego mieszacza, zachować jako zamknięcie.

Instrukcja przygotowania zgodnie z normą EN ISO 17664:2017

CEL ZASTOSOWANIA

To niesterylne, ręczne urządzenie do aplikacji wewnątrz i/lub na zewnątrz ust (np. za pomocą szpatułki) dwuskładnikowych materiałów stomatologicznych (np. elastomerowych materiałów do wyciskania, cementów stomatologicznych) z kartridża. Produkt ten jest przeznaczony do wielokrotnego użytku.

WSKAZANIA

Przeznaczony do aplikacji materiałów stomatologicznych, takich jak masy wyciskane elastomerowe i cementy stomatologiczne do wykonywania połączeń cementowanych, kompozyty na bazie żywicy do odbudowy lub materiały bis-akrylowe do uzupełnień tymczasowych.

PRZECIWSKAZANIA

Nie są znane żadne przeciwwskazania.

INFORMACJE OGÓLNE

Urządzenie aplikacyjne nie jest sterylne w stanie dostawy.

PONOWNE UŻYCIE

Demontaż (rys. 3/1-2).

OGRANICZENIA PODCZAS UZYTKOWANIA

• Nie wolno stosować aplikatorów uszkodzonych lub zużytych w widoczny sposób.
• Długość okresu użytkowania aplikatora wielokrotnego użytku jest zależna od szybkości i stopnia zużycia i uszkodzeń w wyniku eksploatacji.
• Aplikator należy wycofać z użytkowania, jeśli w wyniku kontroli wzrokowej stwierdzi się, że stan techniczny urządzenia znacznie się pogorszył, jeśli widoczne są ślady zużycia, odbarwienia, pęknięcia itp.

PIERWSZE UŻYCIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

• Aby zapobiec zaschnięciu zanieczyszczeń i pozostałości materiału, ponowne użycie zaleca się nie później niż 2 godziny po pierwszym użyciu.
• Po użyciu aplikatora nie należy narażać na wyschnięcie, tak aby pozostałe zanieczyszczenia nie wyschły.
• Zanieczyszczony aplikator należy przenieść do stanowiska mycia w czystym i zamkniętym opakowaniu/pojemniku, aby uniewinnić rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

CZYSZCZENIE RĘCZNE

• Tłoczek oczyścić przez 30 sekund czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką, zwilżoną detergentem zawierającym alkohol izopropylowy (np. ściereczkami CaviWipes 17 %). W razie potrzeby wymienić ściereczkę na nową.
• W celu usunięcia pozostałości materiału na tłoku, czyścić go przez 30 sekund szczoteczką z miękkim włosiem lub szczoteczką do zębów. W razie potrzeby czyścić dłużej do momentu usunięcia wszystkich widocznych zabrudzeń.
• Wszystkie powierzchnie tłoka przetrzeć dwa (2) razy czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką zwilżoną czystą wodą, aby usunąć pozostałości detergentu. W razie potrzeby użyć dodatkowych czystych i zwilżonych ściereczek.
• Wszystkie powierzchnie aplikatora przetrzeć dwa (2) razy czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką zwilżoną czystą wodą, aby usunąć pozostałości detergentu. W razie potrzeby użyć dodatkowych czystych i zwilżonych ściereczek.
• Wszystkie powierzchnie aplikatora należy czyścić przez 30 sekund czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką, zwilżoną detergentem zawierającym alkohol izopropylowy (np. CaviWipes 17 %). W razie potrzeby wymienić ściereczkę na nową.
• W celu usunięcia wszelkich pozostałości materiału w szczelinach, czyścić go przez 30 sekund szczoteczką z miękkim włosiem lub szczoteczką do zębów. W razie potrzeby czyścić dłużej do momentu usunięcia wszystkich widocznych zabrudzeń.
• Wszystkie powierzchnie aplikatora przetrzeć dwa (2) razy czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką zwilżoną czystą wodą, aby usunąć pozostałości detergentu. W razie potrzeby użyć dodatkowych czystych i zwilżonych ściereczek.

DEZYNFEKCJA RĘCZNA

• Użyć czystej, niepozostawiającej włókien ściereczki zwilżonej środkiem dezynfekującym zawierającym alkohol izopropylowy (np. CaviWipes 17%) w taki sposób, aby wszystkie powierzchnie i szczeliny tłoka i aplikatora pozostały zwilżone przez co najmniej pięć (5) minut. Użyć dodatkowych ściereczek, aby mieć pewność, że środek działał rzeczywiście przez przynajmniej (5) minut na wszystkie powierzchnie i szczeliny aplikatora.
• Użyć czystej, niepozostawiającej włókien ściereczki zwilżonej wodą destylowaną do wytarcia wszystkich powierzchni i szczelin tłoka i aplikatora co najmniej dwa (2) razy, aby usunąć wszelkie pozostałości środka dezynfekującego. W razie potrzeby użyć dodatkowych ściereczek.

SUSZENIE

Tłok i aplikator odstawić na odpowiedniej powierzchni i odczekać na całkowite wyschnięcie.

UTRZYMANIE, KONTROLE I INSPEKCJE

Aplikator i tłok kontrolować przy normalnym oświetleniu:
• Jeśli aplikator lub tłok jest uszkodzony lub zużyty w widoczny sposób, to należy go wycofać z użytkowania.
• Powtórzyć procedurę ręcznego czyszczenia i kontroli, jeśli aplikator lub tłok nie są czyste.

PAKOWANIE

Ponownie złożyć aplikator i tłok.

STERYLIZACJA

Aplikatory to nieterylne produkty medyczne. Sterylizacja nie jest wymagana.

GWARANCJA

Producent DS Dental Supply GmbH gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Producent DS Dental Supply GmbH nie przejmuje odpowiedzialności, w tym żadnej dorozumianej gwarancji przydatności sprzedażowej lub przydatności do określonego celu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli w okresie gwarancyjnym stwierdzi się występowanie wad produktu, to użytkownik ma jedynie prawo do naprawy przez producenta DS Dental Supply GmbH lub wymiany produktu przez producenta DS Dental Supply GmbH.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile przepisy prawne dopuszczają wyłączenie odpowiedzialności ogólnej, to producent DS Dental Supply GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika i spowodowane użyciem produktu, zarówno bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne, niezależnie od podstawy prawnej uznania, w tym gwarancji, umowy, zaniedbania lub działania umyślnego.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI!

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU STOMATOLOGICZNEGO!

CS - Dispenser D2

NÁVOD K POUŽITÍ

Zatlačte úzkou páčku (obr. 1.1/1) na zadní straně dávkovače Dispenser D2 směrem nahoru a šoupátko (obr. 1.1/2) zatáhněte zcela dozadu. Vyklopte plastovou západku (obr. 1.2/1) nahoru a vložte kartuši (obr. 1.2/2). Sejměte z kartuše uzávěr (obr. 1.3) jeho otočením o 90° proti směru hodinových ručiček a zahoďte ho. Nasaďte směšovací kanylu (obr. 1.4/1). Dbejte při tom na to, aby southlasily vybrání na směšovací kanyle a kartuši. Otočením o 90° ve směru hodinových ručiček směšovací kanylu zaaretujte (obr. 1.4/2).

Prostřednictvím páčky (obr. 1.5) na dávkovači Dispenser D2 materiál ve směšovací kanyle smíchejte a rovnou aplikujte.

Vyjmutí kartuše:

Zatlačte páčku (obr. 2.1/1) nahoru a šoupátko (obr. 2.1/2) zatáhněte zcela dozadu. Vyklopte plastovou západku (obr. 2.2/1) nahoru a vyjměte kartuši (obr. 2.2/2).

Kartuši skladujte s použitou směšovací kanylou jako uzávěrem.

Pokyny pro zpracování podle normy EN ISO 17664:2017

ÚČEL POUŽITÍ

Tato nesterilní ruční přístroj je určen k intraorálnímu a/nebo extraorálnímu (např. na otiskovací lžíci) dávkování dvousložkových dentálních materiálů (např. elastomerových otiskovacích hmot, dentálních cementů) z kartuše. Jedná se o výrobek pro opakované použití.

INDIKACE

Určeno k použití s dentálními materiály, jako jsou elastomerové otiskovací hmoty a dentální cementy na cementaci, kompozitní materiály na bázi pryskyřic na stavbu zubních pahýlů nebo bisakrylové materiály pro provizorní náhrady.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy žádné kontraindikace.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento dávkovací přístroj je dodáván v nesterilním stavu.

PŘÍPRAVA NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

Demontáž (obr. 3/1-2).

OMEZENÍ PRO PŘÍPRAVU NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

• Každý dávkovací přístroj, jenž vykazuje viditelná poškození nebo známky opotřebení, musí být vyměněn.
• Konec životnosti opakovaně použitelného dávkovacího přístroje je obvykle podmíněn jeho opotřebením a poškozením vznikajícími v důsledku používání.
• Životnost dávkovacího přístroje je překročena, jsou-li při vizuální kontrole zjištěna nepřijatelná zhoršení stavu, jako je opotřebení, zbarvení, zvuky jako lupnutí apod.

POČÁTEČNÍ OŠETŘENÍ NA MÍSTĚ

• Aby nedošlo ke kontaminaci v důsledku přischnutí, doporučuje se provádět přípravu na opětovné použití nejpozději do 2 hodin po použití výrobku.
• Po použití udržujte dávkovací přístroj ve vlhkém stavu, aby na něm nepřischly nečistoty.
• Kontaminovaný dávkovací přístroj je třeba na místo čištění přepravovat v čisté a uzavřené kartónové krabici/nádobě, schopné zabránit šíření kontaminace.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

• Všechny povrchy pístu čistěte po dobu 30 vteřin čistou utěrkou nepouštějící chlupy, navlhčenou čisticím prostředkem s obsahem isopropylalkoholu (např. CaviWipes 17 %). Utěrku v případě potřeby vyměňte, jakmile dojde k jejímu znečištění.
• Odstraňte zbytky z pístu kartáčováním po dobu 30 vteřin kartáčem s měkkými štětinami nebo zubním kartáčem. V případě potřeby prodlužte dobu provádění tohoto úkonu, dokud neodstraníte veškerá viditelná znečištění.
• Pro odstranění zbytků čisticího prostředku setřete všechny meziprostory pístu dvakrát (2x) čistou utěrkou nepouštějící chlupy, navlhčenou čištěnou vodou. V případě potřeby použijte další utěrky.
• Do meziprostorů v pístu provlečte čistou utěrku nepouštějící chlupy, navlhčenou čisticím prostředkem s obsahem isopropylalkoholu (např. CaviWipes 17 %) a za účelem vyčištění meziprostorů ji pohybujte tam a zpět po dobu 30 vteřin. Utěrku v případě potřeby vyměňte, jakmile dojde k jejímu znečištění.
• Odstraňte zbytky z meziprostorů kartáčováním po dobu 30 vteřin kartáčem s měkkými štětinami nebo zubním kartáčem. V případě potřeby prodlužte dobu provádění tohoto úkonu, dokud neodstraníte veškerá viditelná znečištění.
• Pro odstranění zbytků čisticího prostředku otřete všechny povrchy dávkovacího přístroje dvakrát (2x) čistou utěrkou nepouštějící chlupy, navlhčenou čištěnou vodou. V případě potřeby použijte další utěrky.
• Na dávkovacím přístroji prověřte čistotu jeho povrchu a v případě potřeby opětovně očistěte.

ODMAŠTĚNÍ

Pro odmaštění dávkovacího přístroje použijte čistou utěrku nepouštějící chlupy, navlhčenou denaturovaným lihem.

SUŠENÍ

Píst a dávkovací přístroj nechejte sušit, dokud nejsou viditelně suché.

ÚDRŽBA, PROHLÍDKA A KONTROLA

Prohlídku dávkovače a pístu při běžném osvětlení:
• Každý dávkovač nebo píst vykazující viditelná poškození nebo opotřebení, musí být vyměněn.
• Není-li dávkovač nebo píst opět čistého vzhledu, je nutno ruční čištění a prohlídku opakovat.

ZABALENÍ

Dávkovací přístroj a píst opět složte dohromady.

STERILIZACE

Dávkovače představují nesterilní lékařské prostředky. Sterilizace není potřebná.

ZÁRUKA

Společnost DS Dental Supply GmbH zaručuje, že tento výrobek nevykazuje žádné vady materiálu ani výrobní vady. Společnost DS Dental Supply GmbH nepřebírá žádnou další odpovědnost, ani jakoukoli implicitní záruku, co se týče prodejnosti nebo vhodnosti výrobku pro určitý účel. Za řádné použití výrobku v souladu s účelem, pro nějž je tento určen, odpovídá uživatel. Vyskytnou-li se v záruční době u výrobku vady, můžete požadovat výlučně opravu nebo výměnu příslušného výrobku společností DS Dental Supply GmbH, přičemž povinností společnosti DS Dental Supply GmbH se rovněž omezuje pouze na provedení takové opravy resp. výměny.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V rozsahu, v němž takové zřeknutí se odpovědnosti není zákonem připouštěno, nenese společnost DS Dental Supply GmbH odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené tímto výrobkem, ať již se jedná o přímé, nepřímé, zvláštní, vedlejší nebo následné škody, a to bez ohledu na jejich právní základ, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti nebo úmyslu.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

POUZE PRO STOMATOLOGICKÉ POUŽITÍ!

RO - Dispenser D2

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Împingeți în sus maneta îngustă (fig. 1.1/1) pe partea din spate a Dispenserului D2 și retrageți complet culisa (fig. 1.1/2). Rabatați în sus bara din plastic (fig. 1.2/1) și introduceți cartușul (fig. 1.2/2). Scoateți capacul cartușului (fig. 1.3) rotindu-l cu 90° în sens invers acelor de ceasornic și aruncați-l. Aplicați o canulă de amestec (fig. 1.4/1). Asigurați-vă că degajările de pe canula de amestec și de pe cartuș coincid. Blocați canula de amestec rotind-o cu 90° în sensul acelor de ceasornic (fig. 1.4/2).

Amestecați materialul din canula de amestec acționând maneta (fig. 1.5) de pe Dispenserul D2 și aplicați-l direct.

Extrageți cartușul:

Împingeți maneta (fig. 2.1/1) în sus și retrageți culisa (fig. 2.1/2) complet. Rabatați în sus bara din plastic (fig. 2.2/1) și extrageți cartușul (fig. 2.2/2).

Depozitați cartușul cu canula de amestec folosită pentru a servi drept capac.

Instrucțiuni de pregătire conform standardului EN ISO 17664:2017

SCOPUL UTILIZĂRII

Acest dispozitiv manual nesteril este destinat dozării intraorale și/sau extraorale (de exemplu, pe o lingură de amprentă) a materialelor dentare bicomponente (de exemplu, materiale elastomerice pentru amprente, cimenturi dentare) dintr-un cartuș. Acesta este un produs reutilizabil.

INDICAȚII

Produsul este indicat pentru utilizare cu materiale dentare, cum ar fi materiale elastomerice pentru amprente și cimenturi dentare pentru cimentare, materiale compozite pe bază de rășină pentru formarea de pivoți sau compozite BIS-acrilice pentru restaurări temporare.

CONTRAINDICAȚII

Nu există contraindicații cunoscute.

INFORMAȚII GENERALE

Acest dispenser este livrat nesterilizat.

REPROCESAREA

Demontarea (fig. 3/1-2).

RESTRICȚII PRIVIND PROCESAREA

• Orice dispenser care prezintă deteriorări sau urme de uzură vizibile trebuie înlocuit.
• Sfârșitul duratei de viață a unui dispenser reutilizabil este determinat de regula de gradul de uzură și deteriorare cauzate de utilizare.
• Durata de utilizare a dispenserului este depășită dacă la inspectarea vizuală se constată deteriorări inacceptabile, cum ar fi uzura, decolorare, zgomote de crăpare etc.

PRIMA TRATARE LA LOCUL UTILIZĂRII

• Pentru a preveni uscarea reziduriilor contaminante, se recomandă ca reprocesarea să fie efectuată cel târziu la 2 ore de la utilizare.
• Menținești dispenserul umed după utilizare, pentru a preveni uscarea impurităților pe aceasta.
• Dispenserul contaminat trebuie transportat în zona de curățare într-o cutie / într-un container curat și închis care împiedică răspândirea contaminării.

CURĂȚAREA MANUALĂ

• Curățați toate suprafețele pistonului timp de 30 de secunde cu o lavetă curată, care nu lasă scame, umezită cu un agent de curățare care conține alcool izopropilic (de exemplu CaviWipes 17%). Înlocuiți laveta, dacă este murdară.
• Pentru a îndepărta resturile de pe piston, periați-l cu o perie cu peri moi sau cu o periuță de dinți timp de 30 de secunde. Dacă este necesar, prelungiți timpul necesar până când nu mai există nicio impuritate vizibilă.
• Ștergeți toate suprafețele pistonului de două (2) ori cu o lavetă curată, care nu lasă scame, umezită cu apă, pentru a îndepărta orice reziduri de detergent. Dacă este necesar, utilizați lavete suplimentare, curate și umezite.
• Curățați toate suprafețele dispenserului timp de 30 de secunde cu o lavetă curată, care nu lasă scame, umezită cu un agent de curățare care conține alcool izopropilic (de exemplu CaviWipes 17%). Înlocuiți laveta, dacă este murdară.
• Pentru a îndepărta resturile din canelurile dispenserului, periați-le cu o perie cu peri sau o periuță de dinți timp de 140 de secunde. Dacă este necesar, prelungiți timpul necesar până când nu mai există nicio impuritate vizibilă.
• Ștergeți toate suprafețele dispenserului de două (2) ori cu o lavetă curată, care nu lasă scame, umezită cu apă, pentru a îndepărta orice reziduri de detergent. Dacă este necesar, utilizați lavete suplimentare, curate și umezite.

DEZINFECTAREA MANUALĂ

• Utilizați o lavetă curată, care nu lasă scame, umezită cu un agent de dezinfectare cu alcool izopropilic (de exemplu CaviWipes 17%) pentru a menține toate suprafețele și spațiile libere ale pistonului și dispenserului vizibil umede timp de cel puțin cinci (5) minute. Utilizați lavete suplimentare pentru a vă asigura că toate suprafețele și spațiile rămân umede pe durata contactului de cinci (5) minute.
• Utilizați o lavetă curată, care nu lasă scame, umezită cu apă purificată, pentru a șterge de cel puțin două (2) ori toate suprafețele și spațiile libere ale pistonului și din dozatorului, pentru a îndepărta dezinfectantul rămas. Dacă este necesar, utilizați lavete suplimentare.

USCAREA

Lăsați pistonul și dispenserul să se usuce până când sunt vizibil uscate.

ÎNTREȚINERE, INSPECTARE ȘI VERIFICARE

Inspectați dispenserul și pistonul în condiții de iluminare normale:
• Orice dispenser sau piston care prezintă deteriorări sub urme de uzură trebuie înlocuit.
• Curățarea și inspectarea manuală trebuie repetate dacă dispenserele sau pistoanele nu sunt vizibil curate.

AMBALAREA